

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Zugversuch Stahl Warmzugversuch DIN EN ISO 6892-2 TTHT-2019-M (1909-RWM)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

WPW Werkstoff-Prüfung-Wieczorek GmbH

Annabergstr. 88

45721 Haltern am See

Laborcode: 627

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Dehngrenze $R_{p0,2}$	Z = 0,8	erfolgreich
Zugfestigkeit R_m	Z = 1,1	erfolgreich
Bruchdehnung A_{Hand}	Z = 1,4	erfolgreich
Bruchdehnung $A_{Extensometer}$	Z = ---	---
Brucheinschnürung Z	Z = -1,1	erfolgreich

Marl, 14.04.2020

Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator